



Julio de 2025

Estimado cliente de IDEXX:

De conformidad con el artículo 33, apartado 1, del Reglamento REACH 1907/2006, le escribimos para informarle de que el paquete de baterías del analizador de electrolitos y gases en sangre VetStat™ contiene >0,1 % de soldadura de plomo. La soldadura de plomo se utiliza a nivel interno dentro del paquete de baterías para conectar los cables electrónicos y no es accesible durante el uso normal.

IDEXX se compromete a ofrecerle productos de diagnóstico de máxima calidad que cumplan todos los requisitos normativos y de seguridad locales. Siga utilizando el analizador y su paquete de baterías según sus instrucciones de uso.

Atentamente,

Tamara Goodine
Directora de producto eVetStat™, IDEXX